

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Březinová** Jméno: **Šárka** Osobní číslo: **491601**
Fakulta: **Fakulta biomedicínského inženýrství**
Studijní program: **Specializace ve zdravotnictví**
Studijní obor: **Radiologický asistent**
Název práce: **Zánětlivá střevní onemocnění - využití současných radiologických zobrazovacích metod**

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce		Počet bodů
1.	Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění zadání). (0 - 30)*	28
2.	Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 - 20)*	15
3.	Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 - 10)*	10
4.	Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického zpracování a závěrů práce. (0 - 40)*	30
5.	Celkový počet bodů	83

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jak se zachováte, když Vám pacient sdělí před vyšetřením MR, že mu byl kardiostimulátor odstraněný?

2.

3.

IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**:	A (výborně)	B (velmi dobře)	C (dobře)	D (uspokojivě)	E (dostatečně)	F (nedostatečně)
Počet bodů:	100 - 90	89 - 80	79 - 70	69 - 60	59 - 50	< 50
	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Předložená bakalářská práce s názvem „Zánětlivá střevní onemocnění - využití současných radiologických zobrazovacích metod“, jejíž cílem bylo objasnění problematiky zánětlivých střevních onemocnění a provedení kvalitativního výzkumu formou případových studií s prezentací deseti vybraných kazuistik pacientů. Práce byla zpracována na 78 stranách.

Teoretická část byl zpracována, pro potřeby této práce, v dostatečném rozsahu a je členěna do logických celků.

V kapitole 3.3.5 autorka chybně uvádí, že před MR vyšetřením pacienta s kompatibilním kardiostimulátorem, dochází k jeho vypnutí. U kompatibilních kardiostimulátorů dochází k jejich přepnutí do MR safe módu je funkční (s určitými omezeními).

Pro praktickou část byla použita metoda kvantitativního výzkumu. Jednotlivé kazuistiky jsou pěkně zpracovány. Diskuze je bohatá, ale postrádám v ní srovnání s jinými pracovišti, případně zkušenosti z jiných pracovišť.

V práci bylo minimum překlepů. Práce se držela zadání. Stanovené cíle práce byly splněny. Bakalářskou práci hodnotím stupněm B.

Jméno a příjmení: Mgr. Oto Slowik

Organizace: Radiodiagnostická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Kontaktní adresa:

Podpis:

Datum: